

Tiedotuskirje turvallisuusilmoituksesta ja Omnipod DASH PDM:n tulevasta vaihdosta

Lokakuussa lähetimme tärkeän turvallisuusilmoituksen koskien Omnipod DASH PDM:ää ja sen akkua. (FCSA:n VIITE: 9056196-10/11/2022-001-C)

Nyt lähestyy Omnipod DASH PDM:n vaihto päivitettyyn versioon ja haluamme tiedottaa sinua miten tämä tehdään.

Kun turvallisuusilmoitus välitettiin, kaikkia Omnipod DASH -käyttäjiä pyydettiin rekisteröimään nykyinen Omnipod DASH PDM-verkkolomakkeella, PDM:n myöhempää vaihtoa varten.

On edelleen mahdollista rekisteröidä Omnipod DASH PDM niille käyttäjille, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet.

<https://makingdiabeteseasier.com/fi-fi/mydash>



På Svenska <https://makingdiabeteseasier.com/fi-se/mydash>



Korvaava PDM-laite toimitetaan lähiaikoina postitse kaikille rekisteröityneille. Päivitetyn Omnipod DASH PDM:n pakkauksessa on ohjeet vaihdosta ja asetusten siirtämisestä.

Käytettyjä "vanhoja" Omnipod DASH PDM-laitteita ei tule palauttaa Nordic Infucarelle. Ne tulee sen sijaan hävittää elektroniikkajätteenä (tai paikallisten määräysten mukaisesti).

Tämän yhteydessä tulee myös uusia aloituspakkauksia.

Paikallisessa varastossa/hoitotarvikejaketussa olevat Omnipod DASH -aloituspakkaukset vaihdetaan uusiin aloituspakkauksiin. Vanhan PDM-version sisältävät Omnipod DASH -aloituspakkaukset tulee lähettää takaisin Nordic Infucarelle tämän yhteydessä.

Alustavan aikataulun mukaan nämä vaihdot alkavat huhtikuun alussa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Nordic Infucaressa tai suoraan asiakaspalveluumme. 0207 348 761

Ystävällisin terveisin Nordic Infucare