

MINIMED™ 780G -JÄRJESTELMÄN ALKUASETUKSET

Hoitopaikan ohjeet manuaalisen tilan asetuksista

Potilaan nimi: _____ Pvm: _____

Paino: _____ Nykyinen hoitomuoto: MPH _____ CSII _____

Vuorokauden kokonaisinsuliini-
määrä (TDD) ennen pumppu-
hoitoa

Pumpun vuorokauden
kokonaisinsuliinimäärä (TDD)

Käytä seuraavia basal- ja bolusasetuksia **TAI** Siirrä asetukset nykyisestä pumpusta

BASALASETUKSET

	Kellonaika	Annos	Maksimibasal (yks./tunti)
Basalimallit	00:00 - _____	_____ yksikköä/tunti	Oletusasetus: 2,0 yksikköä/tunti
	_____ - _____	_____ yksikköä/tunti	
	_____ - _____	_____ yksikköä/tunti	
	_____ - _____	_____ yksikköä/tunti	
	_____ - _____	_____ yksikköä/tunti	
	_____ - _____	_____ yksikköä/tunti	

BOLUSASETUKSET

	Insuliini-hiilihydraattisuhde (HH-suhde)	Grammaa/yksikkö	Maksimibolus (yksikköä)
Ateriabolus	00:00 - _____	_____ grammaa/yksikkö	Oletusasetus: 10 yksikköä
	_____ - _____	_____ grammaa/yksikkö	
	_____ - _____	_____ grammaa/yksikkö	
	_____ - _____	_____ grammaa/yksikkö	

	Insuliiniherkkyys (herkkyys, ISF)	Tavoitealueet mmol/l	Akt. insuliinin aika (tuntia)
Korjausbolus	00:00 - _____ _____ mmol/l/yksikkö	00:00 - _____ _____ - _____	2-8 tuntia, 15 minuutin välein
	_____ - _____ _____ mmol/l/yksikkö	_____ - _____ _____ - _____	
	_____ - _____ _____ mmol/l/yksikkö	_____ - _____ _____ - _____	
	_____ - _____ _____ mmol/l/yksikkö	_____ - _____ _____ - _____	

Insuliiniohjeet siirryttäessä pumppuhoidolle: _____

Ohjeet ovat voimassa 6 kuukautta, ellei tässä määritetä toisin: _____ (pvm)

MINIMED™ 780G -JÄRJESTELMÄ ALKUASETUKSET

Hoitopaikan ohjeet jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) & SmartGuard™-toiminnon asetuksista

Potilaan nimi: _____ Pvm: _____

JATKUVATOIMISEN GLUKOOSINSEURANNAN (CGM) ASETUKSET

Matalan glukoosin asetukset			Korkean glukoosin asetukset		
Aikajaksot	Alaraja	Matalan glukoosin hallinta	Aikajaksot	Yläraja	Korkean glukoosin varoitukset
00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	2,8 - 5,0 mmol/l _____ mmol/l _____ mmol/l _____ mmol/l _____ mmol/l	Varoitus ennen mat.- ja Basalannoksen annostelu jatkuu -varoitukset ovat käytettävissä, mutta niitä ei yleensä suositella. <input type="checkbox"/> Pysäytys ennen matalaa <input type="checkbox"/> Pysäytys, kun matala <input type="checkbox"/> Varoitus ennen matalaa <input type="checkbox"/> Basalannoks. annost. jatkuu	00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	_____ mmol/l _____ mmol/l _____ mmol/l _____ mmol/l	Varoitusasetukset korkealle glukoosille ovat käytettävillä, mutta niiden käyttöä ei yleensä aluksi suositella. <input type="checkbox"/> Varoitus, kun korkea <input type="checkbox"/> Varoitus ennen korkeaa <input type="checkbox"/> Nousuvaroitus
Matalan varoituksen toisto: _____ min (5 min - 1 h; Oletusasetus = 20 min)			Korkean varoituksen toisto: _____ min (5 min - 3 h; Oletusasetus = 1 tunti)		

Siirry käyttämään SmartGuard™-toimintoa _____ (pvm)

Edellyttää, että insuliinia on annosteltu 48 tuntia (keskiyöstä), ennen kuin toiminnon voi aktivoida.

SMARTGUARD™-TOIMINNON ASETUKSET (Nämä asetukset korvaavat edellisen sivun manuaalisen tilan asetukset)

SmartGuard™-tavoite: <input type="checkbox"/> 5,5 mmol/l - Oletusasetus <input type="checkbox"/> 6,1 mmol/l <input type="checkbox"/> 6,7 mmol/l	Insuliini-hiilihydraattisuhde (HH-suhde)		Aktiivisen insuliinin aika
	<input type="checkbox"/> Käytä manuaalisen tilan asetuksia		<input type="checkbox"/> Käytä _____ h _____ min
Automaattinen korjaus: <input type="checkbox"/> On (suositeltu) <input type="checkbox"/> Ei	HH-suhde	Grammaa/yksikkö	Varoitus, kun matala: <input type="checkbox"/> On <i>Aloituvaiheessa suositellaan arvoa 3,8 mmol/l.</i>
	00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	_____ g/yks. _____ g/yks. _____ g/yks. _____ g/yks.	

Lisäohjeita:

Asetukset ovat voimassa _____ saakka (pvm).

Hoitavan lääkärin nimi: _____ Allekirjoitus: _____ Päivämäärä: _____

Diabeteshoitoon liittyvissä asioissa pyydämme sinua olemaan suoraan yhteydessä hoitopaikkaasi.

Medtronicin tuotetuki palvelee laitteeseen liittyvissä teknisissä asioissa numerossa 0800 164 064 arkisin klo 9:00-17:30.

Muina aikoina kiireellisissä asioissa jätä viesti ja soitamme sinulle takaisin 30 minuutin kuluessa.

Medtronic