

MiniMed™ 640G -insuliinipumpun valmistus on lopetettu

Syyskuu 2022

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Haluamme tiedottaa, että poistamme insuliinipumppuvalikoimastamme MiniMed™ 640G -insuliinipumpun. MiniMed™ 640G -insuliinipumpun valmistus on lopetettu ja se korvataan uudella MiniMed™ 740G -insuliinipumpulla.

Tämä vaikuttaa myös niihin potilaisiin, joilla on käytössään takuun piirissä oleva MiniMed™ 640G -insuliinipumppu. Jos potilas tarvitsee uuden takuupumpun, tulee hän saamaan varaston loputtua tilalle uuden MiniMed™ 740G -pumpun tilalle.

Kun potilas on yhteydessä tuotetukeemme, tuotetuki selvittää käyttäjältä hänen diabeteksen hoitopaikkansa. Medtronicin edustaja on yhteydessä hoitopaikkaan pumpun aloitukseen liittyen. Koska uusi pumppu on eri mallia, tarvitsee potilas ohjauksen ennen pumpun aloitusta.

Huomioitahan, että:

- tuotteiden hinnat pysyvät samana
- insuliinipumppu ja lähetin vaihtuvat uuteen Bluetooth®-versioon

MiniMed™ 740G -pumpun ominaisuudet

Uudessa MiniMed™ 740G -insuliinipumpussa on samat ominaisuudet sekä käyttöindikaatiot kuin MiniMed™ 640G -insuliinipumpussa. MiniMed™ 740G -insuliinipumppu sisältää Bluetooth®-teknologiaa, jonka myötä käyttäjillä on mahdollisuus ottaa käyttöön mobiilisovellus. Käyttäjä voi seurata glukoosiarvojaan suoraan sovelluksesta ilman, että ottaa esille pumppua. Myös läheiset voivat seurata sovelluksen avulla käyttäjän glukoosiarvoja. Esimerkiksi vanhemmat voivat seurata lapsen glukoosiarvoja koulupäivän aikana. Tällä toiminnolla voi olla suuri vaikutus käyttäjän arkeen.

MiniMed™ 740G-pumppu käyttää Bluetooth®-teknologiaa ja pumpun mukana tulee uusi Bluetooth®-lähetin, jonka kanssa käytetään Guardian™ Sensor 3 -sensoreita. Pumpun kanssa yhteensopiva verensokerimittari on vaihtunut Accu Chek® Guide Link -mittariin.

Jos potilaalla on tällä hetkellä käytössään Enlite™-sensori, hänelle tulee kirjoittaa uusi hoitotarvikelähete sekä sensoreihin että verensokeriliuskoihin.

Jos teille on lisäkysymyksiä tähän asiaan liittyen, voit olla yhteydessä paikalliseen Medtronic-edustajaan.

Ystävällisin terveisin,

Tiina Pihkala

Myyntipäällikkö | Diabetes

+358 040 726 2060

tiina.pihkala@medtronic.com

Medtronic Finland Oy